



3-2/2016-10
05.02.2016.г.

СВИМ ПОНУЂАЧИМА
у поступку јавне набавке мале вредности број 3-2/2016-2

Предмет: Одговор бр. 2 Комисије за јавну набавку мале вредности број 3-2/2016-2 (Образована Решењем број 3-2/2016-3) на Захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде од 03.02.2016. године.

Поводом приспелих Захтева за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде за јавну набавку лабораторијског потрошног материјала, број 3-2/2016-2, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), достављамо вам одговоре.

Питање 1:

„Поштовани,

ЈН 3-2/2016-2 ПАРТИЈА 1

За ставку 95 навели сте у измењеној спецификацији за боцу од 100мл шлиф 14/15. Овај шлиф, тј. дужина 15 је стандард за боцу од 50мл, а за боцу од 100мл стандард је 14/23 јер је већа, па је и дужина шлифа већа. У прилогу је извод из каталога који то потврђује.

Молим одговор на питање да ли прихватате реагенс боцу 100 са шлифом 14/23?

Одговор 1:

Наручиоц остаје при својим захтевима описаним у конкурсној документацији.

Комисија
за јавну набавку 3-2/2016-2

Објавити:

- Портал јавних набавки - <http://portal.ujn.gov.rs/> и
- Интернет страница: www.pharmacy.bg.ac.rs.