



бр. 3-24/2018-4б
19.11.2018. год.

**СВИМ ПОНУЂАЧИМА
у поступку јавне набавке број 3-24/2018-2**

Предмет: Одговор 1. Комисије за јавну набавку у поступку број 3-24/2018-2 (Образована Решењем број 3-24/2018-3) на Захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде од 14.15. и 19. 11.2018. године.

Поводом приспелог Захтева за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде за јавну набавку број 3-24/2018-2, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), објављујемо одговор.

ПАРТИЈА 1

ПИТАЊЕ: Stavka 1- jedinice Bomei su izbacene iz upotrebe, tako da je odavno jedinica za areometar g/cm³. Shodno tabeli preračunavanja to bi bio areometar 1.000-1.263 g/cm³, sto bi odgovaralo areometru 1.000-1.300 g/cm³. Molim odgovor da li se može ponuditi areometar 1.000-1.300 g/cm³?

ОДГОВОР: Одговарајуће је понудити areometar по Bomeu - Hydrometers, Beaum, without thermometers, 0-30Be: 1Be, 250mm.

ПИТАЊЕ: Stavka 2. Da li mislite na areometar 1.000-2.000 g/cm³? Ovako veliki raspon se tesko nalazi kod dobavlјaca, pa vas molim za odgovor da li se mogu ponuditi po dva raspona – 1.000-1.500 g/cm³ i 1.500-2.000 g/cm³ sa preciznijom podelom 0.005 g/cm³

ОДГОВОР: Није одговарајуће.

ПИТАЊЕ: Stavka br.2 – Da li je prihvatljivo ponuditi areometar za gustinu opsega od 0.7-2g/cm³ sa traženom podelom od 0,0020g/cm³ ili areometar opsega 1-2g/cm³ sa podelom 0,01g/cm³? Takodje Vas molimo da nam prosledite kataloški broj I naziv proizvođača jer tražene karakteristike nisu standardne.

ОДГОВОР: Одговара areometar опсега 1-2g/cm³ са поделом 0,01g/cm³

ПИТАЊЕ: Stavka br.3 – Da li je prihvatljivo ponuditi biretu sa bocom?

ОДГОВОР: Није прихватљиво.

ПИТАЊЕ: Stavka 4 – Da li treba da bude komplet birete sa bocom i pumpicom ili pumpica nije potrebna?

ОДГОВОР: Прихватљово је понудити: Komplet biretta sa bocom i sa pumpicom.

ПИТАЊЕ: stavka 14- Da li je potrebna samo bireta ili komplet sa bocom i pumpicom?

ОДГОВОР: Само бирета.



ПИТАЊЕ: Stavka br.31 – Da li je prihvatljivo ponuditi eksikator bez tubusa o150mm?

ОДГОВОР: Да, прихватљиво је.

ПИТАЊЕ: stavka 33 - da li se moze ponuditi staklena eporuveta 16x160 mm sa navojem, PP cep?

ПИТАЊЕ: Stavka br.33 – Da li je prihvatljivo ponuditi epruvetu staklenu dimenzija 16x125mm 10ml?

ОДГОВОР: Прихватљиво је понудити стаклену епрувету 16x160mm са навојем, РР чеп.

ПИТАЊЕ: Stavka br.44 – Da li je prihvatljivo ponuditi levak o55mm?

ОДГОВОР: Да, прихватљиво је.

ПИТАЊЕ: Stavka br.50 – Da li je prihvatljivo ponuditi levak prečnika o100 sa dužina cevi 150mm, prečnik cevi 8mm?

ОДГОВОР: Да, прихватљиво је.

ПИТАЊЕ: Stavka 51- zahtevate da loncic za zarenej bude porcelanski, pa Vas molim da izbrisete iz kolone “kvalitet” da treba da bude od borsilikatnog stakla.

ОДГОВОР: Наручилац ће у овом делу исправити спецификацију.

ПИТАЊЕ: stavka 54- . Da li se trazeni cilindar niska forma 100ml može ponuditi u B klasi, obzirom da je za nisku formu to uobičajeno kod svih proizvođača?

ОДГОВОР: Да, прихватљиво је.

ПИТАЊЕ: stavka 66- obzirom da trazite NS 12/21, onda je prečnik grlice 12 a ne 10 mm

ОДГОВОР: Неопходна је запремина од 50ml.

ПИТАЊЕ: stavka 71- Graduisane pipete se rade od soda-lime ili AR stakla, molim da se izbaci uslov da su od borsilikatnog stakla

ПИТАЊЕ: Stavka br.71 – Da li je prihvatljivo ponuditi pipete od soda lime stakla (AR staklo drugi naziv za soda lime) jer se pipete ne prave od borosilikatnog stakla?

ОДГОВОР: Да, прихватљиво је понудити пипете од сода-лиме стакла (AR).

ПИТАЊЕ: stavka 76 – navedena posuda ima dimenzije fi 200 mm, visina, 55 mm, zapremina 1100 ml.

Molim potvrdi da je ovo u redu

ОДГОВОР: Да, прихватљиво је.

ПИТАЊЕ: stavka 77 - navedena posuda ima dimenzije fi 160 mm, visina, 40 mm, zapremina 450 ml. Molim potvrdi da je ovo u redu

ОДГОВОР: Да, прихватљиво је.

ПИТАЊЕ: Stavka br.78 – Da li je prihvatljivo ponuditi avan sa tučkom prečnika 100mm?

ОДГОВОР: Да, прихватљиво је.



ПИТАЊЕ: stavka 79 – da li se moze ponuditi tucak neglazirani 24x115 mm (trazene dimenzije su se ranije proizvodile)

ОДГОВОР: Да, прихватљиво је.

ПИТАЊЕ: stavka 81- molim pojasnjenje na sta mislite pod “zarubljene” - da li mislite na zaobljene ivice (ground edges?)

ПИТАЊЕ: Stavka br.81 – Da li ste mislili na zaobljene ivice?

ОДГОВОР: Прихватљиво је понудити обрушене ивице и ћошкове.

ПИТАЊЕ: stavka 84 – da li se moze ponuditi reagens boca sa slifom 14/23 ili slifom 29/32?

ПИТАЊЕ: Stavka br.84 – Da li je prihvatljivo ponuditi reagens boce od 100ml sa šlifom 14/23 jer se šlif 19/26 odnosii na boce od 250ml?

ОДГОВОР: Прихватљиво је понудити шлиф 14/23.

ПИТАЊЕ: stavke 88 i 90 – da li se moze ponuditi sahatno staklo od neutral stakla jer se standardno prave od takvog stakla.

ОДГОВОР: Да, прихватљиво је

ПИТАЊЕ: Stavka br.90 – Da li je prihvatljivo ponuditi sahatno staklo prečnika 120mm?

ОДГОВОР: Да, прихватљиво је.

ПИТАЊЕ: stavka 94- da li se moze ponuditi termometar u rasponu -30+150 C?

ОДГОВОР: Да, прихватљиво је.

ПИТАЊЕ: Stavka br.94 – Da li je prihvatljivo ponuditi termometar od -10+150C?

ОДГОВОР: Није прихватљиво.

ПИТАЊЕ: Stavka br.95 – Da li je prihvatljivo ponuditi termometar opsega od -35+50C?

ОДГОВОР: Да, прихватљиво је.


ПИТАЊЕ: Stavka br.96 – Da li je prihvatljivo ponuditi wegeglas dim 40x30mm?

ОДГОВОР: Да, прихватљиво је.

ПИТАЊЕ: stavka 98 – da li mislite na ravnu slavinu? Staklena ili teflon slavina? da li se moze ponuditi prečnik 6 mm?

Molimo Vas da nam pojasnite za šta se koriste jednosmerne slavine, katalogsku oznaku proizvođača

ОДГОВОР: Прихватљиво је понудити једносмерну славину без шлифа. Слика је у прилогу.





ПАРТИЈА 2:

ПИТАЊЕ: Stavka 1 – da li bi ponudjena bireta trebalo da ima staklenu ili PTFE slavinu?

ОДГОВОР: Прихватљиво је понудити стаклену славину.

ПИТАЊЕ: Stavke 5 I 6 – erlenmajeri sa slifom. Da li je potrebno ponuditi trazene erlenmajere u kompletu sa staklenim cepom?

ОДГОВОР: Да, прихватљиво је понудити комплет са стакленим чепом.

ПИТАЊЕ: Stavka 15 – obzirom da Schott Duran nema sahatno staklo precnika 7cm, da li Vam je prihvatljivo sahatno staklo precnika 80mm?

ОДГОВОР: Прихватљиво је.

ПАРТИЈА 3:

ПИТАЊЕ: Stavka 8 – da li je odgovarajuće ponuditi plasticnu kutiju zapremine 100ml?

ОДГОВОР: Да, одговарајуће је.

ПИТАЊЕ: Stavka 9 – da li je odgovarajuće ponuditi plasticnu kutiju zapremine 15ml?

ОДГОВОР: Да, одговарајуће је.

ПИТАЊЕ: Stavka 10 – da li je odgovarajuće ponuditi plasticnu kutiju zapremine 30ml?

ОДГОВОР: Да, одговарајуће је.

ПИТАЊЕ: Stavka 11 – da li je odgovarajuće ponuditi plasticnu kutiju zapremine 60ml?

ОДГОВОР: Да, одговарајуће је.

ПИТАЊЕ: Stavka 14 – da li je odgovarajuće crevo untrasnjeg precnika 10mm I debljine zida 2mm?

ОДГОВОР: Да, одговарајуће је.

ПИТАЊЕ: Stavka 35 – da li je odgovarajuće ponuditi centrifuske, samostojeće epruvete od 50ml sa navojnim cepom? Ukoliko nije, molim navedite koje su Vam epruvete potrebne.

ОДГОВОР: Потребно је понудити конусне епрувете 50мл са навојним рвс чепом.

ПИТАЊЕ: Stavka 39 – da li su Vam odgovarajuće dimenzije cepa 18x24x30(visina)?

ОДГОВОР: Да, одговарајуће је.

ПИТАЊЕ: Stavka 40 – da li su Vam odgovarajuće dimenzije cepa 21x27x30(visina)?

ОДГОВОР: Да, одговарајуће је.



ПИТАЊЕ: Stavka 42 – da li se inserti odnose na kitije iz pozicije 49 i Da li je odgovarajuca visina 30mm?
ОДГОВОР: Да, односи се на позицију 49 и одговарајућа је висин 30мм.

ПИТАЊЕ: Stavka 43 – kako je pakovanje pipeta po Pasteru 500kom, da li je odgovarajuce ponuditi jedno ovakvo pakovanje?
ОДГОВОР: Да, одговарајуће је.

ПИТАЊЕ: Stavka 44 – da li je odgovarajuca kasika duzine 200mm?
ОДГОВОР: Да, одговарајуће је.

ПИТАЊЕ: Stavka 46 – da li su odgovarajuce kasike-spatule duzine 150mm?
ОДГОВОР: Да, одговарајуће су.

ПИТАЊЕ: Stavka 48 – kako su za trazenu poziciju navedene dve dimenzije zahtevanih klema, molim Vas potvrdite da je odgovarajuca klema duzine 180mm I raspona 80mm.
ОДГОВОР: Да, одговарајућа је.

ПИТАЊЕ: Stavke 62, 63, 64, 65 – molim Vas samo potvrdite da su trazeni membrane filteri, a ne syringe filteri za pomenute pozicije.
ОДГОВОР: Да, тражени су membrane filteri .

ПИТАЊЕ: Stavka 65 – da li su odgovarajuci membran filteri cija je velicina pora 0.22um?
ОДГОВОР: Нису одговарајући.

ПИТАЊЕ: Stavka 73 – da li su odgovarajuce keramicke mrezice dimenzije 160x160mm?
ОДГОВОР: Да, одговарајуће је.

ПИТАЊЕ: Stavka 74 – da li je jedinica mere 1pak posto se nastavci ne prodaju komadno?
ОДГОВОР: Да.

ПИТАЊЕ: Stavka 75 – kako je pakovanje nastavka za automatsku pipetu 1000kom da li je odgovarajuce ponuditi jedno ovakvo pakovanje?
ОДГОВОР: Да, одговарајуће је.

ПИТАЊЕ: Stavka 80 – da li je odgovarajuci precnik trazelog membrane filtera 47mm?
ОДГОВОР: Да, одговарајући је.

ПИТАЊЕ: Stavka 81 – da li je trazena kolicina 862 lista?
ОДГОВОР: Да, 862 листа.

ПИТАЊЕ: Stavka 91 – da li je odgovarajuca duzina pincete 105mm?
ОДГОВОР: Да, одговарајуће је.



ПИТАЊЕ: Stavka 100 - kako je pakovanje posuda za merenje 500kom da li je odgovarajuće ponuditi jedno ovakvo pakovanje?

ОДГОВОР: Да, одговарајуће је.

ПИТАЊЕ: Stavka 104 – da li su odgovarajući poklopci ND9? Ukoliko nisu, molimo Vas da navedete koje poklopce je potrebno ponuditi. Da li se poklopci odnose na poziciju 133?

ОДГОВОР: Да, одговарајући су ND9 за позицију 133.

ПИТАЊЕ: Stavka 114 – da li su odgovarajući najlonski syringe filteri precnika 25mm?

ОДГОВОР: Да, одговарајући су.

ПИТАЊЕ: Stavke 117, 118 I 123 – da li je odgovarajuće ponuditi duple spatula traženih dimenzija?

ОДГОВОР: Да, одговарајуће је.

ПИТАЊЕ: Stavka 124 – da li je odgovarajuća spatula – mikro kasika duzine 150mm?

ОДГОВОР: Да, одговарајуће је.

ПИТАЊЕ: Stavka 126 – da li su Vam potrebne drvene stipaljke sa rasponom 20mm ili 30mm?

ОДГОВОР: 30mm

ПИТАЊЕ: Stavka 128 – da li su Vam potrebni sterilni nastavci sa dvostrukim filterom koji su u pakovanjima 960kom ili obicni nesterilni nastavci bez filtera? (navedena duzina nastavka od 34mm se odnosi na dualfilter nastavke do 10ul proizvođaца Eppendorf) Da li je odgovarajući kataloski broj Eppendorf 0030077504?

ОДГОВОР: Да, двоструки филтер, пак 960 ком.

ПИТАЊЕ: Stavka 129 – da li su Vam potrebni sterilni nastavci sa dvostrukim filterom koji su u pakovanjima 960kom ili obicni nesterilni nastavci bez filtera I da li su Vam potrebni nastavci do 200ul, 20ul ili do 10ul? (navedena duzina nastavka od 53mm se odnosi na dualfilter nastavke do 20ul proizvođaца Eppendorf) Da li je odgovarajući kataloski broj Eppendorf 0030077539?

ОДГОВОР: Да, двоструки филтер, пак 960 ком.

ПИТАЊЕ: Stavka 133 – da li su odgovarajuće vialе zapremine 1.5ml I da li su odgovarajuće vialе ND9?

ОДГОВОР: Нису одговарајуће.

ПИТАЊЕ: Stavka 134 – da li je odgovarajuća dimenzija traženih vialа 14.7x45mm I da li je odgovarajući zatvoreni cep?

ОДГОВОР: Да, одговарајуће је.

ПАРТИЈА 4:

Имајући у виду да је наручилац конкурсном документацијом у партији 4 уврстио ставке 46-54 које по својој генерици и карактеристикама нису истородне са осталим ставкама (санитетски потрошни материјал) у партији 4 захтевамо да се конкурсна документација измени како би била у складу са Законом у јавним набавкама.

ОДГОВОР: Наручилац ће у овом делу исправити спецификацију у конкурсној документацији.



ПАРТИЈА 5:

ПИТАЊЕ: Stavka 1 - Da li je prihvatljivo ponuditi dva pakovanja od po 500 kom? Eppendorf tube od 0,5ml se pakuju u setove od po 500 komada.

ОДГОВОР: Да, прихватљиво је.

ПИТАЊЕ: Stavka 2 - Naveden je opis 0,1-10 ul S, i duzina nastavaka od 40mm. Kod Eppendorf-a opis nastavka 0,1-10ul S ima duzinu od 34mm, a opis nastavaka 0,1-10ul M ima duzinu od 40mm. Koji nastavci su trazeni, S ili M?

ОДГОВОР: Потребни су S наставци.

ПИТАЊЕ: Stavka 3 - Da li je prihvatljivo ponuditi trazene microtube zapremine 1,5ml?

ОДГОВОР: Да, прихватљиво је.

ПИТАЊЕ: Stavka 4 - Da li je prihvatljivo ponuditi pakovanje od 1000 kom? Eppendorf tube od 1,5ml se pakuju u setove od po 1000 komada.

ОДГОВОР: Да, прихватљиво је.

ПИТАЊЕ: Stavka 7 - Da li je prihvatljivo ponuditi pakovanje koje predstavlja set od 10 x 96 komada?

ОДГОВОР: Да, прихватљиво је.


ПИТАЊЕ: Stavka 11 - Da li je prihvatljivo ponuditi bezbojne nastavke opsega 0,1-1 ml?

ОДГОВОР: Да, прихватљиво је.

ПИТАЊЕ: Stavka 17 - Da li je prihvatljivo ponuditi bezbojne nastavke opsega 0,02-0,2ml?

ОДГОВОР: Да, прихватљиво је.

Наручилац ће објавити пречишћени текст у складу датим одговорима.



Објавити:

- Портал јавних набавки - <http://portal.ujn.gov.rs/> и Интернет страница: www.pharmacy.bg.ac.rs