



бр. 3-26/2018-4а
05.12.2018. год.

СВИМ ПОНУЂАЧИМА
у поступку јавне набавке број 3-26/2018-2

Предмет: Одговор 1. Комисије за јавну набавку у поступку број 3-26/2018-2 (Образована Решењем број 3-26/2018-3) на Захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде од 03.12.2018. године.

Поводом приспелог Захтева за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде за јавну набавку број 3-26/2018-2, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), објављујемо одговор.

Питање:

1. Поштовани, обзиром да за партију 13 нису наведене техничке карактеристике да ли бисте били љубазни да нам пошаљете техничку спецификацију за дату партију?
2. Поштовани, молим Вас да за ЈН 3-26/2018-2 објавите техничку спецификацију за партију 123. Trinosular inverted biological microscope.

Одговор:

Наручилац ће допунити спецификацију у наведеној партији.

Питање:

Поштовани, као заинтересовани понуђач у предметној јавној набавци за партије 1 и 2 молим за појашњење:

1. Партија 1 аналитичка вага на 4 децимале - тег за аутоматску екстерну калибрацију -не постоји аутоматска ектерна калибрација. Да ли сте мислили на интерну калибрацију?
2. За партије 1 и 2 нисте написали који мерни опсег треба за ваге тј. до колико грама да мере. Написали сте нетто тежина 6000 гр. Да ли сте мислили на тежину ваге или мерни опсег? Ако сте мислили на мерни опсег до 6000гр, за партију 1 на четврту децималу је скоро немогуће понудити вагу.Молим Вас да тачно наведете до колико грама треба да мере ваге за обе партије.
3. Обзиром да у спецификацији за аналитичку вагу није наведено, са којим максималним капацитетом оптерећења је прихватљиво понудити вагу?
4. Да ли је прихватљиво понудити аналитичку вагу са величином таса од 100мм?

Одговор:

1. Да, интерна калибрација.
2. За партију 1-Аналитичка вага, треба понудити мерни опсег максимално 220г
3. За Партију 2-Техничка вага треба понудити мерни опсег максимално 2000г.



Питање:

Молимо Вас да нам одговорите на следећа питања, везано за јавну набавку бр. ЈН ОП број ЈН/3100/0329/2018, а у случају негативних одговора на иста, изјашњавамо се да садржина тих питања представља наше указивање на недостатке конкурсне документације, у смислу члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама:

1. У конкурсној документацији на страни 5 до 34, у у делу „Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. Партија 1. Тражене су димензије (L*W*H)-340mmx215mmx350mm. Молимо Вас да нам појасните да ли су димензије ваге изузетно битне? С обзиром на то да саме димензије не улазе у техничку спецификацију. Димензије уређаја се разликују од произвођача до произвођача.
2. Да ли је прихватљиво понудити аналитичку вагу димензија 333x206x355mm?

Одговор:

За партију 1- Услед нефункционалног лабораторијског простора у коме се одржава практична настава а у коме су смештени и други неопходни лабораторијски апарати, наручилац може да прихвати одступање од задатих димензија за ± 5 cm.

Питање:

3. У конкурсној документацији на страни 6 до 34, у у делу „Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. Партија 4. Тражен је оптички систем: Једнозрачан, решетка са 1200 уреза/мм. Да ли ће бити прихватљиво ако се понуди једнозрачни спектофотометар са 900 уреза/мм?

Одговор:

Наручилац остаје при својим захтевима.

4. У конкурсној документацији на страни 6 до 34, у у делу „Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. Партија 4. Тражена је ширина спектралне линије 2nm. Да ли ће бити прихватљиво ако се понуди ширина спектралне линије 5nm?

Одговор:

Наручилац остаје при својим захтевима.

5. У конкурсној документацији на страни 6 до 34, у у делу „Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. Партија 4. Тражена је прецизност таласних дужина $\pm 0,5$ nm. Да ли ће бити прихватљиво ако се понуди уређај са прецизношћу таласних дужина ± 1 nm?

Одговор:

Наручилац остаје при својим захтевима.

6. У конкурсној документацији на страни 6 до 34, у у делу „Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. Партија 4. Тражен је фотометријски опсег -0,3 А-3А. 0-200% Т, 0-9999С. Молим Вас за детаљније објашњење дате ознаке 0-9999С, на шта се тачно односи?

Одговор:

Наручилац ће у овом делу исправити конкурсну документацију.



7. Србија конкурсnoj документацији на страни 6 до 34, у делу „Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. Партија 4. Тражен је излаз из штипаача паралелни порт. Молим Вас за детаљније објашњење на шта се односи паралелни порт?

Одговор:

Наручилац ће у овом делу исправити конкурсну документацију, мисли се на USB порт.

8. Обзиром да у спецификацији за техничку вагу није наведено, са којим максималним капацитетом оптерећења је прихватљиво понудити вагу?
9. Да ли је прихватљиво понудити техничку вагу са величином таса од 128x128мм?
10. Да ли је прихватљиво понудити техничку вагу димензије 230x160x68мм?

Одговор:

1. За партију 2- техничка вага, треба понудити мерни опсег максимално 200г
2. За партију 2-Није прихватљиво понудити техничку вагу са величином таса од 128x128мм.
3. За партију 2- Услед нефункционалног лабораторијског простора у коме се одржава практична настава а у коме су смештени и други неопходни лабораторијски апарати, наручилац може да прихвати одступање од задатих димензија за +5цм.



Комисија
за јавну набавку 3-26/2018-2

Објавити:

- Портал јавних набавки - <http://portal.ujn.gov.rs/> и Интернет страница: www.pharmacy.bg.ac.rs